

Veiligheidsinformatie:

WAARSCHUWING – Laad de accu niet op in een explosieve atmosfeer.

WAARSCHUWING – Vervanging van onderdelen kan de intrinsieke veiligheid aantasten.

WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik.

Instructies voor gebruik in gevaarlijke zones.

De volgende instructies zijn van toepassing op apparatuur die wordt gedekt door het certificaatnummer:

Sira 03ATEX2102

Onderstaande informatie dekt alle relevante punten vermeld in bepaling 1.0.6 van de EHSR van de ATEX-richtlijn.

1. Het certificeringslabel is als volgt:



- De apparatuur behoort tot de categorie 2G en mag worden gebruikt in zones 1 en 2 met ontvlambare gassen en dampen met de toestelgroepen IIA, IIB & IIC en met de temperatuurklassen T1, T2, T3 en T4.
- De apparatuur is alleen gecertificeerd voor gebruik in omgevingstemperaturen in het bereik van -20°C tot +50°C en dient niet buiten dit bereik worden gebruikt.
- Gebruik alleen de accu geleverd door Crowcon. Opladen is alleen toegestaan in ongevaarlijke zones. NIET OPLADEN IN GEVAARLIJKE ZONES.
- Er werd niet beoordeeld of de apparatuur voeldeed als een aan de veiligheid gerelateerd toestel (zoals vermeld in de Richtlijn 94/9/EC Bijlage II, bepaling 1.5).

- Reparatie van deze apparatuur moet worden uitgevoerd door de fabrikant of conform de geldende voorschriften.
- Gebruik uitsluitend de door Crowcon geleverde kabels voor de aansluiting aan de achterkant van het toestel.
- Indien het instrument op een andere manier wordt gebruikt dan wordt gespecificeerd in deze handleiding, kan de veiligheid waarin voorzien is door deze uitrusting, in het gedrang komen.

Zoneclassificaties:

Zone 1: In een zone geklasseerd als Zone 1 zijn waarschijnlijk ontbrandbare concentraties ontvlambare gassen, dampen of vloeistoffen aanwezig in de normale werkomstandigheden.

Zone 2: In een zone geklasseerd als Zone 2 zijn waarschijnlijk geen ontbrandbare concentraties ontvlambare gassen, dampen of vloeistoffen aanwezig in de normale werkomstandigheden.

Crowcon Detection Instruments Ltd

2 Blacklands Way, Abingdon
OX14 1DY UK

Tel. +44 (0)1235 557700

Fax. +44 (0)1235 557749

www.crowcon.com

Email: sales@crowcon.com

© Copyright Crowcon Detection Instruments Ltd 2010.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of vertaald in een andere taal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowcon Detection Instruments Ltd.
Publicatienummer: M07666
Vijfde uitgave: Juni 2010